

# RISQUE INFECTIEUX EN AMBULATOIRE

COLLEGE DES GENERALISTES  
ENSEIGNANTS ET MAITRES DE  
STAGE LYON

P GIRIER X LAINE Y ZERBIB

journées premier semestre 2003

# HYGIENE AU CABINET IL FAUT DES MOYENS

- LAVABOS A USAGES DIFFERENTS
  - $W_c$
  - Salles examen
  - Local technique pour matériel
- LOCAL TECHNIQUE - STERILISATION
- LOCAL DECHETS
- LOCAL MATERIEL ENTRETIEN
- LIEU DE REMISE DES MATERIELS MEDICAUX

# HYGIENE AU CABINET IL FAUT DES MOYENS

- POUBELLES ouvertes ou à pédales
- CONTAINERS RECUEIL PIQUANTS ET MATERIEL CONTAMINE
- DES PRODUITS ANTISEPTIQUES
- DU MATERIEL USAGE UNIQUE
- OU POUR STERILISER – AUTOCLAVE
- LOCAUX FACILES A NETTOYER

# Hygiène au cabinet , il faut des moyens

- Des gants latex ou vynil pour médecin et employée de nettoyage
- Des lingettes détergentes jetables
- Des draps d'examen jetables
- Des blouses pour le nettoyage

# HYGIENE DU CABINET A CHACUN SON ROLE

- DETERGENT = SOLS
- ANTISEPTIQUE = PEAU
- DESINFECTANT = SURFACES

INERTES

- ET LA STERILISATION ...

# RISQUE INFECTIEUX EN AMBULATOIRE

- SITUATIONS A RISQUES
  - MAINS DES SOIGNANTS
  - DISPOSITIFS MEDICAUX
  - ENVIRONNEMENT

# RISQUE INFECTIEUX EN AMBULATOIRE

- PATIENTS A RISQUES
  - ENFANT DE MOINS D'UN AN
  - PERSONNES AGEES
  - DIABETIQUES
  - FEMMES ENCEINTES
  - PATIENTS IMMUNODEPRIMES

- AMENAGEMENT ET  
ENTRETIEN DES LOCAUX
- ENTRETIEN DU LINGE
- PREVENTION DE LA  
TRANSMISSION SANGUINE

# Stérilisation des dispositifs médicaux

- Le K 14 pousse à l'usage unique
- Usage unique = non ré utilisable
- La stérilisation est définitive mais la désinfection est temporaire

# Dispositifs médicaux, les trois niveaux

- Dispositifs non critiques = bas niveau si contact avec la peau saine ( stéthoscope ..)
- Dispositifs semi critiques = niveau intermédiaire si contact avec la peau lésée ou muqueuse = anoscope , spéculum
- Dispositifs critiques = haut niveau . Il faut préférer la stérilisation ou l'usage unique
  - INSTRUMENTS CHIRURGICAUX

# LA STERILISATION

- LE TREMPAGE DESINFECTANT
- NETTOYER
- DESINFECTER
- OU STERILISER

# Stérilisation des dispositifs médicaux

- Trois étapes pour le ré utilisable
- Si la stérilisation ne s'impose pas, *immersion dans une solution désinfectante* (de bas niveau, niveau intermédiaire ou haut niveau suivant les germes tués)
- Rinçage ensuite avec une eau adaptée
- séchage , et rangement dans un endroit propre – délai d'utilisation

# STERILISATION

- AUTOCLAVE - 121 degrés
- FOURS POUPINEL 160 degrés
- harvey chemiclave ( vapeur d'eau et formaldéhyde à 132 degrés )

# RESPONSABILITE DES PROFESSIONNELS DE SANTE

- ELIMINATION DES DECHETS -  
LEGISLATION
  - Piquants et coupants
  - Contaminés par les humeurs, sang etc..
  - Plus le tri .. ( Civique )
- DEONTOLOGIQUES
  - OBLIGATION DE DISPOSER DE MOYENS  
SUFFISANTS